

Številka: 451-218-EN(807202)/2022-1

Datum: 7. 10. 2022

## POVPRAŠEVANJE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za: **NADGRADNJA OBSTOJEČE VIDEOLINIJE (1 kpl)**

**Specifikacija zahtev naročnika:**

**Predmet naročila je nabava ICG aparata po sledeči specifikaciji zahtev:**

### Glava kamere

1. omogočati mora normalno predvajanje ter predvajanje ICG
2. kompatibilna z obstoječim OTV-S300 procesorjem proizvajalca Olympus
3. možnost 2x optične povečave za povečano vizualizacijo - elektronska povečava
4. dopušča elektronsko izostrenje slike - elektronski zoom
5. avtoklavirna
6. teža: največ 300 gramov

### Optika 10mm 30 stopinj (2 kom)

7. mora omogočati delo za navadno in ICG tehniko
8. avtoklavirna

### Izvor svetlobe

9. xenon izvor svetlobe za ICG posege, najmanj 300 W
10. vsaj 500 h delovanja
11. zračno hlajenje žarnice
12. halogenska rezervna žarnica
13. omogoča opazovanje v IR (ICG) ali z ozkopasovno tehnologijo
14. kompatibilen s ponujenim videoprocetorjem, kar omogoča avtomatično prilagajanje svetlobe

Oprema mora biti kompatibilna z naslednjimi komponentami:

- 2D/3D videoprocetor z integriranim izvorom svetlobe – OTV-S300 (ser.št. N5426960),

Merilo za izbor: **najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV.**

Pri oblikovanju cene upoštevajte:

- plačilo: 30 dni od prejema pravilno izstavljenega računa;
- dostava: UKC Maribor;
- preizkus delovanja;
- šolanje za pravilno in varno uporabo opreme;
- popuste in rabate;
- davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV)
- morebitne druge stroške.

Predložiti je potrebno tudi tehnično dokumentacijo iz katere bo razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika.

**Rok za sprejem ponudb: 10. oktober 2022 do 14. ure.**

Ponudbo pošljite po e-pošti na e-naslova: [ales.dobaj@ukc-mb.si](mailto:ales.dobaj@ukc-mb.si) in [grega.zrimsek@ukc-mb.si](mailto:grega.zrimsek@ukc-mb.si) z oznako **451-218-EN(807202)/2022-1**.

#### **Opomba:**

Oprema, ki je predmet nabave predstavlja izločen sklop (Sklop 8: Nadgradnja obstoječe videolinije) v okviru izvedenega postopka javnega naročila: NABAVA ENDOSKOPSKE OPREME. Naveden sklop je naročnik izločil iz postopka javnega naročila na podlagi določbe petega odstavka 73. člena ZJN-3.

ODDELEK ZA INVESTICIJE V OPREMO