

Številka: 451-75-EN(807202)/2023-1

Datum: 21. 4. 2023

POVPRAŠEVANJE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za: **NABAVA ZUNANJEGA SRČNEGA SPODBUJEVALNIKA**

Specifikacija zahtev naročnika:

Predmet naročila je nabava zunanjega srčnega spodbujevalnika po sledeči specifikaciji zahtev:

- baterijsko napajanje na dve 1,5V alkalni bateriji LR6 (velikosti AA) - vključeno
- indikator prazne baterije, ki prikazuje kdaj je potrebno zamenjati baterijo
- podaljšan čas delovanja, med menjavo baterije
- omogočati mora pomoč sistemu elektrod za srčni spodbujevalnik za eno ali dvoprekatno začasno spodbujanje srčnega utripa
- upravljanje s štirimi gumbi, s pomočjo katerih se nastavijo različni srčni ritmi. V eni komori mora omogočati AAI, TOO, VVI in VOO. V drugi komori pa DDD, DDI IN DOO
- osnovne hitrosti srčnega utripa: 30-200 ppm. Zgornja hitrost: 80-230 ppm. Hitrost atrijskega pospeševanja: 80-800ppm. Izhodna amplituda: atrijska: 0,1-20mA, ventrikularna: 0,8-20mV
- indikatorji stanja srčnega ritma morajo prikazovati začasni srčni spodbujevalnik in interakcijo s srcem
- enostaven ogled nastavljenih stopnje in izhoda
- samostojen preklon med atrijsko aritmijo
- tipka za zaklepanje/odklepanje za zaščito pred nenamernimi spremembami parametrov
- priložen mora biti kabel za večkratno uporabo, ki povezuje elektrode z atrijskim/ventrikularnim vhodom v srčnega spodbujevalnika

Merilo za izbor: **najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV.**

Pri oblikovanju cene upoštevajte:

- plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa;
- dostava: UKC Maribor;
- popuste in rabate;
- davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV)
- morebitne druge stroške.

Rok za sprejem ponudb: **25. april 2023 do 12. ure.**

Ponudbo pošljite po e-pošti na e-naslova: ales.dobaj@ukc-mb.si in grega.zrimsek@ukc-mb.si z oznako **451-74-EN(807202)/2023-1**