

Številka: 451-81-EN(807202)/2023-1  
Datum: 25. 4. 2023

## POVPRAŠEVANJE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za: **NABAVA GRELNE OMARE (1 kom)**

**Specifikacija zahtev naročnika:**

**Predmet naročila je nabava grelne omare po sledeči specifikaciji zahtev:**

1. Grelna omara mora biti primerna za gretje tekočin
2. Imeti mora vsaj 5 polic iz nerjavečega jekla, ki so nastavljive po višini
3. Nosilnost posamezne police: vsaj 20 kg.
4. Notranje površine: iz nerjavečega jekla
5. Steklena vrata
6. Volumen omare: vsaj 300 l
7. Imeti mora digitalni prikaz temperature
8. Možnost nastavitve temperature: do vsaj 42 °C
9. Napajanje: 230V
10. Omara naj bo na kolesih za lažje premikanje po prostoru (vsaj 2 kolesi morata imeti zavoro)
11. Širina omare (zunanja dimenzija): največ 740 mm
12. Globina omare (zunanja dimenzija): največ 790 mm
13. Višina omare (zunanja dimenzija): največ 2.100 mm
14. Oprema mora imeti ES izjavo o skladnosti v skladu z Uredbo o medicinskih pripomočkih

Pri oblikovanju cene upoštevajte:

- plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa;
- dostava: UKC Maribor;
- popuste in rabate;
- davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV)
- morebitne druge stroške.

Rok za sprejem ponudb: **28. april 2023 do 12. ure.**

Ponudbo pošljite po e-pošti na e-naslova: [ales.dobaj@ukc-mb.si](mailto:ales.dobaj@ukc-mb.si) in [grega.zrimsek@ukc-mb.si](mailto:grega.zrimsek@ukc-mb.si) z oznako **451-81-EN(807202)/2023-1**.