

Številka: 451-115-EN(807202)/2023-1

Datum: 22. 6. 2023

## POVPRAŠEVANJE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za: **NABAVA ANTIDEKUBITUSNIH BLAZIN**

**Specifikacija zahtev naročnika:**

**Predmet naročila je nabava 12 antidekubitusnih blazin in 11 črpalk za antidekubitusne blazine po sledeči specifikaciji zahtev:**

1. dimenzijsko večanje v dolžino in širino,
2. višina blazine vsaj 20 cm,
3. sestavljene:
  - iz različnih skupin membran, ki so prilagojene anatomiji telesa (glava, ramenski obroč, telo, pete),
  - okvir, ki skrbi za stabilnost pacienta, ko sestopa iz ležišča/blazine,
  - prevleka na zadrgo.
4. notranjost blazine sestavljajo celice v dveh višinskih nivojih, izvajanje terapije v vsaki drugi celici,
5. funkcija konstantno nizkega pritiska,
6. možnost nastavitve avtomatskega vodenja. Avtomatsko vodenje prilagaja interval polnjenja in trdnost blazine glede na velikost, položaj in težo pacienta,
7. v primeru dviga vzglavja in dela postelja za dviganje nog za vsaj 25° blazina avtomatsko prilagodi terapijo v ledvenem delu,
8. ena celica statična pri vzglavju, vse celice opremljene z ventilacijskimi odprtini za kroženje zraka pod pacientom,
9. celice je mogoče individualno (vsako posebej) zamenjati,
10. ventili na celicah omogočajo tudi nastavev za obračanje pacienta na trebuh,
11. v primeru reanimacije, funkcija CPR omogoča, da se blazina hitro izprazni,
12. vizualni in zvočni alarmi v primeru prekinitve toka, ali puščanja blazine,
13. v primeru prekinitve toka, ali za potrebe transporta blazina ostane napihnjena še najmanj 8 ur,
14. varna delovna obremenitev vsaj 250 kg,
15. prevleka blazine je raztegljiva, vodoodporna in paroprepustna. Zadruga je 360° in prekrita z zaščitnim robom. Pralna na 80°C. Čiščenje z običajnimi razkužili, ki se uporabljajo v bolnišnicah,
16. črpalka popolnoma tiha, razen v primeru zvokovnih opozoril,
17. ob mehanski poškodbi možnost menjave posameznih delov blazine in ni potrebno menjati cele blazine,
18. požarno varne,
19. dve stopnji tlaka, kar pogojuje težo in gibljivost pacienta,
20. ustrezne za paciente po opravljenem spinalnem posegu

Merilo za izbor: **najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV.**

Pri oblikovanju cene upoštevajte:

- plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa;
- dostava: UKC Maribor;
- rok dobave: v 30 dneh od prejema naročila;
- popuste in rabate;
- davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV)
- morebitne druge stroške.
- Garancija: 2 leti

Naročnik si pridružuje možnost testiranja blazine. Ponudnik bo moral v tem primeru dostaviti naročniku ponujeno opremo (najkasneje v roku 5 dni od prejema pisnega poziva).

Rok za sprejem ponudb: **26. junij 2023 do 12. ure.**

Ponudbo pošljite po e-pošti na e-naslova: [ales.dobaj@ukc-mb.si](mailto:ales.dobaj@ukc-mb.si) in [grega.zrimsek@ukc-mb.si](mailto:grega.zrimsek@ukc-mb.si) z oznako **451-115-EN(807202)/2023-1**

SLUŽBA ZA INVESTICIJE IN INFRASTRUKTURNI RAZVOJ