

Številka povabila: 140/2023

Datum: 27.11.2023

POVPRAŠEVANJE

Spoštovani!

Vabimo vas k oddaji ponudbe za: Dobavo in vgradnjo merilca prevodnosti prečiščene vode .

Objekt: Oddelek za Laboratorijsko Diagnostiko

Specifikacija zahtev naročnika:

1. Merilec prevodnosti Buerkert 8222
-C = 0,01 cm-1 = območje merjenja
=0,05 – 20 mikroS/cm napajanje = 14-36V DC izhodi 1,00 KOS
-2x transistor NPN/PNP
-1x 4 – 20mA (2 žični)
-merilec je brez displaya
2. Fiting merilca prevodnosti MW68
1,00 KOS
3. Modul z displayem za programiranje
1,00 KOS
4. Kalibracijska raztopina 5Qs/cm, 300 ml
1,00 KOS
5. M12-5 polni konektor ženski z 2 metra kabla
1,00 KOS
6. Izdelava cevnih povezav in vgradnja z vsemi potrebnimi zapornimi ventili in fittingi iz PVCU
1,00 H

Kontaktna oseba:

Robert Šprah, uni.dipl.ing.el.

Tel.: + 386 (0)2 321 23 01

E-pošta: robert.sprah@ukc-mb.si

Rok za sprejem ponudb: **28.11.2023 do 10:00 ure.**

Merilo za izbor: **Najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV.**

Pri oblikovanju cene upoštevajte:

- Plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa;
- popuste in rabate;
- davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV);
- morebitne druge stroške (drobni in vezni material, prevozni stroški, dnevnice, ...).

Ponudbo pošljite na e-poštni naslov:
Blanka.martinez@ukc-mb.si

Pripravila:
Blanka MARTINEZ ekonom.teh.