

Štev.: 460-46/7(809006)/2023-4
Dne: 30.04.2024

ZADEVA: Dopolnitev in sprememba dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Na podlagi točke 1.4 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe za javno naročilo „POTROŠNI MATERIAL ZA PREISKAVE PČ INR“, objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 08.04.2024, številka objave JN002226/2024-EUe16/01 in v Uradnem listu EU, datum objave 08.04.2024, številka objave 205870-2024, naročnik **dopolnjuje in spreminja** dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, kot sledi:

1. Naročnik iz predmetnega javnega naročila briše zahtevo navedeno v Prilogi k specifikaciji zahtev naročnika, ki glasi:

»Na stroške ponudnika zagotoviti in urediti povezavo z LIS-om in nato s Trombo programom, v kolikor se naročnik kadarkoli v času trajanja okvirnega sporazuma odloči za povezavo merilnika z LIS-om in nato s Trombo programom, v kolikor merilnik to omogoča. Na stroške ponudnika zagotoviti tudi vso ustrezno dodatno opremo, katera je potrebna za izvajanje testov PČ in INR na izbranih merilnikih, kateri so povezani z LIS in v primeru okvare zagotoviti njihovo zamenjavo.«.
2. Ponudniki lahko namesto dveh tiskalnikov za zagotavljanje sledljivosti testiranj, ki jih zahteva Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine (Uradni list RS 64/04,1/16), ponudijo tudi merilnika, ki omogočata shranjevanje podatkov testiranj in rezultatov v pdf formatu ter izvoz na računalnik preko USB povezave.

Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoštevati vsa pojasnila, dopolnitve in popravke dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki jih je naročnik posredoval preko portala javnih naročil. Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb.

Služba za nabavo zdravstvenega materiala
in storitev

Objavljeno na:

- Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU;
- Spletni strani Univerzitetnega kliničnega centra Maribor