

Številka povabila: 69/24
Datum: 12.06.2024

POVPRAŠEVANJE

Spoštovani!

Vabimo vas k oddaji ponudbe za: Revalidacijo parnega sterilizatorja Getinge GE6612.

Objekt: Centralna lekarna
Specifikacija zahtev naročnika:

- | | |
|---|----------|
| 1. VALIDACIJA ST REVALIDACIJA | 1,00 KPL |
| -priprava in inštalacija validacijske opreme | |
| -1x vakum test | |
| -1x Bowie&Dick test | |
| -1x test distribucije temperature 121°C | |
| -1x test distribucije temperature 134°C | |
| -1x test penetracije temperature z ref.polnitvijo 121°C | |
| -1x test penetracije temperature z ref.polnitvijo 134°C | |
| 2. POTNI STROŠKI | |

Kontaktna oseba:
Robert Šprah, uni.dipl.ing.el.
Tel.: + 386 (0)2 321 23 01
E-pošta: robert.sprah@ukc-mb.si

Rok za sprejem ponudb: **13.06.2024** do **10:00** ure.

Merilo za izbor: **Najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV.**

Pri oblikovanju cene upoštevajte:

- Plačilo: 30 dni od prejema pravilno izstavljenega računa;
- popuste in rabate;
- davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV);
- morebitne druge stroške (drobni in vezni material, prevozni stroški, dnevnice, ...).

Ponudbo pošljite na e-poštni naslov:
Blanka.martinez@ukc-mb.si

Pripravila:
Blanka MARTINEZ ekonom.teh.