

Štev.: 460-94(809006)/2024-4
Dne: 14.08.2024

ZADEVA: Dopolnitev in sprememba dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Na podlagi točke 1.4 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe za javno naročilo „PRIPOMOČKI ZA ENDOSKOPIJE, KIRURŠKE MREŽICE IN IMPLANTATI ZA INKONTINENCO“, objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 22.07.2024, številka objave JN005184/2024-EUe16/01 in v Uradnem listu EU, datum objave 22.07.2024, številka objave 437196-2024, naročnik **dopolnjuje in spreminja** dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, kot sledi:

1. Naročnik podaljšuje rok za predložitev ponudb, kot sledi:
Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si> najkasneje do **29.08.2024** do 12.00. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN **29.08.2024** in se bo začelo ob 15.00 na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>.

Veljavnost listin, ki so zahtevane v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, se lahko nanašajo na prvotni datum za predložitev ponudb, t.j. **22.08.2024**. V primeru, da ponudniki v ponudbi sami predložijo potrdila iz kazenske evidence, le-ta ne smejo biti starejša od štirih mesecev, šteto od dneva novega roka za oddajo ponudbe t.j. **29.08.2024**.

2. Ident 910434:
Ponudniki lahko ponudijo endoskopsko prijemalko dolžine vsaj 310mm.
3. Ident 910436:
Ponudniki lahko ponudijo inštrument endoskopski disektor dolžine vsaj 310mm.
4. Ident 910341:
Na identu 910341 morajo ponudniki ponuditi trokar kot je zahtevano, brez rezila.
5. Ident 910420:
Ponudniki lahko ponudijo tudi endoskopsko vrečko volumna 400ml.
6. Ident 910403:
Naročnik pod identom 910403 spreminja enoto mere iz SC v KOS. Ponudniki morajo ponuditi ceno za en klip.
7. Skupina 22:
V skupini 22 lahko ponudniki ponudijo kartuše s 6 ali 24 klipi.
8. Skupini 22 in 23:
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti lastni obrazec z navedbo kataloških števil, vrst in dimenzij za vse ponujene aplikatorje ter količino.

9. Skupina 23:
Naročnik zahteva aplikatorje za odprte operacije in endoskopske operacije. Pri odprtih operacijah zahtevamo: ukrivljene aplikatorje, dolžine 20cm za klipe M/L in L ter dolžine 27cm za klipe M/L, L in XL; aplikatorje pod kotom 70 stopinj, dolžine 27cm za klipe M/L, L in XL. Za endoskopske operacije zahtevamo: ravne aplikatorje in aplikatorje pod kotom 20 stopinj, dolžine 33cm ter ravne aplikatorje, dolžine 45cm za vse razpisane klipe.
10. Ident 910438:
Ponudniki lahko ponudijo monopolarne škarje dolžine 360mm.
11. Ident 910430:
Naročnik dovoljuje, da ponudniki pod identom 910430 ponudijo enakovreden artikel, ki ni kompatibilen z naročnikovim obstoječim generatorjem. Ponudnik mora ponuditi generator (1 kos) v brezplačno uporabo za čas trajanja kupoprodajne pogodbe/okvirnega sporazuma in zagotoviti brezplačni servis.
Specifikacija ponujenega generatorja, danega v brezplačno uporabo, mora biti priložena v ponudbi. Naveden mora biti tip ponujenega generatorja, proizvajalec in količina.
Naročnik bo na podlagi testiranja vzorcev in na podlagi tehničnih specifikacij, ocenil ustreznost ponujenega artikla in generatorja.
Naročnik trenutno uporablja generator GEN11 HARMONIC.
Opremo mora dobaviti v roku 10-ih dni od sklenitve okvirnega sporazuma/kupoprodajne pogodbe.
O predaji in prevzemu opreme ter ugotovitve o njenem delovanju se sestavi primopredajni zapisnik, ki ga podpišeta pooblaščen predstavnik naročnika in ponudnika. V primopredajni zapisnik se navedejo tudi serijske številke generatorja.
12. Ident 910433:
Naročnik je v Prilogi k specifikaciji zahtev naročnika pri identu 910433 pomotoma navedel, da mora biti Inštrument z bipolarno energijo kompatibilen z generatorjem LIGASURE. Pravilno se mora glasiti, da mora biti Inštrument z bipolarno energijo kompatibilen z generatorjem GEN11 HARMONIC.
Naročnik dovoljuje, da ponudniki pod identom 910433 ponudijo enakovreden artikel, ki ni kompatibilen z naročnikovim obstoječim generatorjem. Ponudnik mora ponuditi generator (1 kos) v brezplačno uporabo za čas trajanja kupoprodajne pogodbe/okvirnega sporazuma in zagotoviti brezplačni servis.
Specifikacija ponujenega generatorja, danega v brezplačno uporabo, mora biti priložena v ponudbi. Naveden mora biti tip ponujenega generatorja, proizvajalec in količina.
Naročnik bo na podlagi testiranja vzorcev in na podlagi tehničnih specifikacij, ocenil ustreznost ponujenega artikla in generatorja.
Naročnik trenutno uporablja generator GEN11 HARMONIC.
Opremo mora dobaviti v roku 10-ih dni od sklenitve okvirnega sporazuma/kupoprodajne pogodbe.
O predaji in prevzemu opreme ter ugotovitve o njenem delovanju se sestavi primopredajni zapisnik, ki ga podpišeta pooblaščen predstavnik naročnika in ponudnika. V primopredajni zapisnik se navedejo tudi serijske številke generatorja.
13. Ident 910554:
Ponudniki morajo ponuditi optični trokar.

Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoštevati vsa pojasnila, dopolnitve in popravke dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki jih je naročnik posredoval preko portala javnih naročil. Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb.

Služba za nabavo zdravstvenega materiala
in storitev

Objavljeno na:

- Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU;
- Spletni strani Univerzitetnega kliničnega centra Maribor