

Številka: 460-4(807105)/2025-5

Datum: 18. 3. 2025

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za blago: **Nabava dveh elektrokirurških enot**

Specifikacija zahtev naročnika:

Ponudnik mora ponuditi opremo, ki bo ustrezala navedenim tehničnim zahtevam:

ELEKTROKIRURŠKA ENOTA – 2 kos

1. Univerzalen aparat za rezanje in koagulacijo pri klasičnih in endoskopskih posegih.
2. Vsaj 9 palčni barvni monitor na dotik z visoko ločljivostjo.
3. Možnost shranjevanja 300 posegov.
4. USB-in RJ45 port-Service za posodobitev programske opreme in razširitev funkcij.
5. Stalno spremljanje nevtralne elektrode med enkratno uporabo.
6. Samodejno testiranje ob vklopu vseh ustreznih parametrov in funkcionalnosti za največjo varnost bolnikov in uporabnikov.
7. Monopolarna moč vsaj: 400 W.
8. Bipolarna moč vsaj : 400 W, Bipolarna resekcija in vaporizacija TUR.
9. Avtomatična prepoznava laparoskopskih bipolarnih inštrumentov in prilagoditev izhodne moči, ki podaljšuje življenjsko dobo inštrumenta.
10. Naprava mora vsebovati naslednje varnostne sisteme: avtomatski samotest naprave, opozarjanje na napake, nadzor nad delovanjem nevtralne elektrode, EASY sistem ali enakovredno (dinamičen in dvojni, eno in dvo površinski NE), neonatalni način delovanja (z omejitvijo delovanja do 5 Ovatov pri unipolarnem delovanju), nadzor nad LF/HF pretokom moči, aktivacijski čas.
11. Stalna kontrola izhodne moči.
12. Stalna kontrola kontaktne površine nevtralne elektrode.
13. Kontrola vračanja tokov preko nevtralne elektrode.
14. Stalna kontrola kontaktne površine nevtralne elektrode.
15. Proženje koagulacije in rezanja preko stopalke ali ročnika z integriranimi tipkami.

16. Priključki vsaj: 2 x monopolarni, 2 x bipolaren, ne-nevtralna elektroda, 2 x nožna stopalka.
17. Napetostno območje: 100 – 120 V/ 220 – 240 V
18. Tip: IEC 60601-1, CE acc. na MDD. Razred zaščite I / CF, medicinski pripomoček razreda IIb.
19. kompatibilnost z kabli in ročniki, ki jih uporabljamo sedaj: monopolarni priključni kabel firme Bowa ref 285-050, 4, 5 m in ročnikom Bowa, bipolarni kabel Bowa 287-050 in bipolarno pinceto Bowa 600-024, ter kabel kompatibilen z resektoskopom Olympus A42011A, v kolikor kabli in ročniki niso kompatibilni se zahtevajo ustrezni adapterji

V kompletu dobaviti:

- elektrokirurška naprava.
- napajalni kabel.
- trinožna stopalka.
- kabel za nevtralno elektrodo.
- Bipolarne elektrode 5Fr, avtoklavirna, dolžina 42cm, semifleksibilna, ravna konica instrumenta 5kom
- adapter za kable v kolikor je ta potreben in kable za aparat.
- kabel za bipolarni resektoskop Olympus A42011A v kolikor ni kompatibilen za navedenim resektoskopom.

Ostale zahteve naročnika:

- Plačilo: v roku 30 dni od prejema pravilno izstavljenega računa;
- Dostava: UKC Maribor - razloženo v prostore Klinika za ginekologijo in perinatologijo;
- Zahtevan rok dobave: največ 45 dni od datuma prejema naročila;
- Zahtevana garancija: 12 mesecev;
- Plačnik opreme: UKC Maribor.

Ponudba mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, preizkus delovanja, šolanje za pravilno in varno uporabo opreme in davek na dodano vrednost.

Predložiti je treba tudi tehnično dokumentacijo iz katere bo razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika.

Merilo za izbor: **Cena**

Rok za sprejem ponudb: **21. 3. 2025 do 10:00 ure**

Ponudbo pošljite po e-pošti na e-naslova: ales.dobaj@ukc-mb.si in regina.stajnkopolutnik@ukc-mb.si z oznako 460-4(807105)/2025-5.

Opomba:

Oprema, ki je predmet nabave predstavlja izločen sklop (**Sklop 4 – Nabava dveh elektrokirurških enot**) v okviru izvedenega postopka javnega naročila: »**NABAVA RAZNE ENDOSKOPSKE OPREME**«, ki je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 6. 2. 2025, številka objave **JN000693/2025-EUe16/01** in v Uradnem listu EU, datum objave 6. 2. 2025, številka objave 82594-2025. Naveden sklop je naročnik izločil iz postopka javnega naročila na podlagi določbe petega odstavka 73. člena ZJN-3.