

Številka: 460-4(807105)/2025-6

Datum: 18. 3. 2025

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za blago: **Nabava dveh monitorjev za potrebe bronhoskopirnice.**

Specifikacija zahtev naročnika:

Ponudnik mora ponuditi opremo, ki bo ustrezala navedenim tehničnim zahtevam:

MONITOR ZA BRONHOSKOPIJE – tehnični opis

1. LCD monitor, 2 kosa

Funkcionalne zahteve;

- zagotavljati mora reprodukcijo endoskopske slike v tehnologiji visoke resolucije (High Definition, ločljivost 1920x1080)
- z MDD certifikatom – certificiran za uporabo v medicinske namene
- montaža na obstoječi stropni nosilec za monitorje.

Tehnične zahteve:

- izdelan v LCD, LED ali OLED tehnologiji z aktivno matriko
- ekran brez robov (edge-to-edge) za lažje čiščenje ekrana, prednja stran naj bo iz stekla ali podobno, primerna za čiščenje z dezinfekcijskimi sredstvi.
- Upravljalni gumbi na ekranu z LED osvetlitvijo
- z dodatnim napajalnikom (npr. 12V oz. 24V usmernik)
- funkcije: zrcalno, slika-ob-sliki (picture out picture) in slika-v-sliki (picture in picture)
- Velikost ekrana najmanj 27" (palcev)
- Ločljivost slike na monitorju mora biti najmanj 1920 x 1080 pik
- Razmerje slike 16 :10 ali 16:9
- Svetilnost, najmanj 300 cd/m²
- Najmanj 16 milijona barv
- LED osvetlitev ozadja (back light)
- Razmerje kontrasta najmanj 1000:1
- Najmanjši kot gledanja, 178°
- Pritrditev monitorja mora biti po VESA 100 standardu (100mm x 100mm)
- Teža z razširitvenim modulom največ 12 kg/kos (za oba monitorja največ 24 kg, kar je nosilnost stropnega nosilca)
- Video vhodi: najmanj DVI-D, HD/SD-SDI, BNC, HD-15
- Video izhodi: najmanj HD/SD-SDI,

- Skladen z standardi IEC 60601-1

Komplet mora vsebovati:

1. LCD monitor, 2 kos
2. vsi priključni kabli
3. montaža na obstoječe stropne nosilce za monitorje, ponudnik naj vključi v ponudbo potrebne razširitvene module za ustrezno predelavo obstoječih nosilcev.
4. navodila za uporabo v slovenščini in angleščini

Ostale zahteve naročnika:

- Plačilo: v roku 30 dni od prejema pravilno izstavljenega računa;
- Dostava: UKC Maribor - razloženo v prostore Oddelka za pljučne bolezni;
- Zahtevan rok dobave: največ 45 dni od datuma prejema naročila;
- Zahtevana garancija: 12 mesecev;
- Plačnik opreme: UKC Maribor.

Ponudba mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, preizkus delovanja, šolanje za pravilno in varno uporabo opreme in davek na dodano vrednost.

Predložiti je treba tudi tehnično dokumentacijo iz katere bo razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika.

Merilo za izbor: **Cena**

Rok za sprejem ponudb: **21. 3. 2025 do 10:00 ure**

Ponudbo pošljite po e-pošti na e-naslova: ales.dobaj@ukc-mb.si in regina.stajnkopolutnik@ukc-mb.si z oznako 460-4(807105)/2025-6.

Opomba:

Oprema, ki je predmet nabave predstavlja izločen sklop (**Sklop 5 – Nabava dveh monitorjev za potrebe bronhoskopirnice**) v okviru izvedenega postopka javnega naročila: »**NABAVA RAZNE ENDOSKOPSKE OPREME**«, ki je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 6. 2. 2025, številka objave **JN000693/2025-EUe16/01** in v Uradnem listu EU, datum objave 6. 2. 2025, številka objave 82594-2025. Naveden sklop je naročnik izločil iz postopka javnega naročila na podlagi določbe petega odstavka 73. člena ZJN-3.