

Številka: 451-41-EN(807204)/2025-1
Datum: 18. 3. 2025

POVPRAŠEVANJE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za: **NABAVA BATERIJSKEGA DERMATOMA**

Specifikacija zahtev naročnika:

Predmet naročila je nabava baterijskega dermatoma po sledeči specifikaciji zahtev:

Dermatom mora imeti ohišje izdelano iz titana.

Elektronska kontrola dermatoma mora biti integrirana v baterijskem vložku, ki se ne sterilizira.

Moč ne sme biti manjša od 250 W, teža ne sme presegati 1.650,00 gramov.

Širina reza mora biti nastavljiva največ 78,0 mm in se mora nastavljati brez uporabe ključa.

Debelina reza se mora nastavljati po stopnjah 1/10 mm in sicer od 0,2 do 1,2 mm.

Dermatomu je potrebno priložiti naslednje sestavne dele:

- pokrov dermatoma,
- 2 kosa kompatibilnih Li-ion baterijski vložkov, ki se NE sterilizirata,
- srajčka za sterilno uvajanje baterijskega vložka,
- polnilec baterij, ki mora imeti vsaj štiri (4) polnilna mesta. Imeti mora grafični prikaz stanja napolnjenosti baterijskega vložka, prikaz morebitnih motenj ter prikaz funkcionalnega stanja baterijskega vložka,
- sterilizacijski kontejner kompatibilne velikosti, dno zabojnika in pokrov morata biti narejena iz aluminija. Pokrov (možnost izbire barvnih odtenkov) mora imeti vpetje za en (1) trajni filter ki omogoča 5000 sterilizacijskih ciklov (validirano po EN 868-8, aneks H) in se po potrebi lahko zamenja.
- Dno zabojnika mora imeti vpetje oznak vsebine v slovenskem jeziku z možnostjo različnih barvnih odtenkov in vpetje samolepilnih plomb z indikatorjem poteka sterilizacije,
- kontejnerju je potrebno priložiti naslednje sestavne dele: kompatibilno mrežo ustrezne velikosti z vpetji za dermatom, pokrov ter srajčko za sterilno uvajanje baterijskega vložka ter po potrebi ostale pripadajoče komponente dermatoma.

Potrošni material:

- kompatibilna rezila, ki so za večkratno uporabo (80 kos).

Merilo za izbor: **najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV.**

Pri oblikovanju cene upoštevajte:

- **plačilo: 30 dni od prejema pravilno izstavljenega računa;**
- **dostava: UKC Maribor;**
- **popuste in rabate;**
- **davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV)**
- **morebitne druge stroške.**

Rok za sprejem ponudb: **20. marec 2025 do 12. ure.**

Ponudbo pošljite po e-pošti na e-naslova: ales.dobaj@ukc-mb.si in dejan.simic@ukc-mb.si z oznako **451-41-EN(807204)/2025-1.**

SLUŽBA ZA INVESTICIJE IN INFRASTRUKTURNI RAZVOJ