

Štev.: 460-E-DS-393/19

Dne: 30.07.2019

**ZADEVA: Sprememba in dopolnitev dokumentacije v zvezi z oddajo naročila male vrednosti**

Na podlagi točke 1.4 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe za javno naročilo „POTROŠNI MATERIAL ZA ČRPALKE ZA EPIDURALNO ANALGEZIJO IN REMIFENTANIL - NMV“, objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 23.07.2019, številka objave JN005235/2019-W01, naročnik **spreminja in dopolnjuje** dokumentacijo v zvezi z oddajo naročila male vrednosti, kot sledi:

1. Naročnik podaljšuje rok za predložitev ponudb, in sicer:

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si/eJN2> **najkasneje do 07.08.2019 do 12.00**. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN **07.08.2019** in se bo začelo **ob 13.00** na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>.

Veljavnost listin, ki so zahtevane v dokumentaciji v zvezi z oddajo naročila male vrednosti, se lahko nanašajo na prvotni datum za predložitev ponudb, t.j. 02.08.2019.

2. Sistem/set za epiduralno analgezijo: set mora biti sestavljen iz vrečke ali kasete za polnitev z analgetično mešanico (omogočena mora biti aseptična polnitev), ki je povezana s sistemom za pritrditev na epiduralni kateter (povezava mora biti dovolj dolga, da omogoča nošnjo na rami ali pritrditev na stojalo-ob hoji porodnice v porodni sobi). Rumena barva sistema za epiduralno aplikacijo je evropski standard.

3. Set za remifentanil: potrebujemo vrečko za polnitev z remifentanilom volumna 50 do 100 ml; povezava od vrečke do venske poti mora biti dovolj dolga za prosto gibanje porodnice, sistem za intravensko aplikacijo remifentanila pa je lahko modre barve ali brezbarven.

Služba za nabavo medicinskega materiala  
in storitev

Objavljeno na:

- Portalu javnih naročil
- Spletni strani Univerzitetnega kliničnega centra Maribor ([www.ukc-mb.si](http://www.ukc-mb.si)).