

---

Številka povabila: 431-E-EN-SB 91/2020  
Datum: 25. 2. 2020

## POVPRAŠEVANJE

Spoštovani!

Vabimo vas k oddaji ponudbe za: **Popravilo avtomatskega barvalnika za imunohistokemijo ROCHE, DN št. 185699.**

### Specifikacija zahtev naročnika:

Naročamo popravilo avtomatskega barvalnika za imunohistokemijo ROCHE, Ventana Benchmark XT, S/N: 713201, I/N: 111935.

Napaka: potrebni so redni servisi za Benchmark XT.

### Kontaktna oseba:

Igor Rojs, univ. dipl. inž. el.

tel: 02 321 2410

e-pošta: igor.rojs@ukc-mb.si

Rok za sprejem ponudb: 26. 2. 2020 do 12. ure.

Merilo za izbor: **najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV.**

Pri oblikovanju cene upoštevajte:

- Plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa;
- Popuste in rabate;
- Davek na dodatno vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV);
- Morebitne druge stroške (npr. prevozne, špeditorske, carinske, drobni in vezni material, delo).

Ponudbo pošljete na e-poštna naslova:

[sanja.belko@ukc-mb.si](mailto:sanja.belko@ukc-mb.si)

[nabava@ukc-mb.si](mailto:nabava@ukc-mb.si)

Pripravila:

Sanja Belko, mag. ekon. in posl. ved