

SLUŽBA ZA NABAVO OPREME, MATERIALA IN STORITEV
ODDELEK NABAVE OPREME
Tel.: 02/321-26-09

Štev.: 460-5(810203)/2020-5

Dne: 28. 5. 2020

ZADEVA: Popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila št. 2

Naročnik spreminja dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila »**Nabava raziskovalne opreme**«, objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 11. 5. 2020, št. objave JN002897/2020-B01, številka objave na portalu EU 2020/S 092-219157, z dne 12. 5. 2020 in popravkom št. 1, kot sledi v nadaljevanju:

Naročnik spreminja Specifikacije zahtev naročnika – pri sklopu št. 4:

1. Točka 1. UZ aparat, zahteva točke 1.9: »Globina 2D UZ prikaza mora biti vsaj 42 cm« se spremeni tako, da se glasi: »Globina 2D UZ prikaza mora biti vsaj 40 cm«.
2. Točka 2.1. »Širokopasovna (vsaj v območju 4 – 9 MHz; UZ vaginalna sonda« se spremeni tako, da se glasi: »Širokopasovna (vsaj v območju 5 – 9 MHz; UZ vaginalna sonda«

Oddelek nabave opreme

Objavljeno:

- na Portalu javnih naročil (<http://www.enarocanje.si>)
- na spletni strani naročnika (<https://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-naro%C4%8Dila/>)

