

Popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Na podlagi točke 1.4 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe za javno naročilo "Nabava izlivnikov in termodezinfektorjev za nočne posode", objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 23. 12. 2020, številka objave JN007980/2020-B01 in v Uradnem listu EU, datum objave 24. 12. 2020, številka objave 2020/S 251-628605, naročnik **spreminja** dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, kot sledi:

V Specifikaciji zahtev naročnika se:

- Dopolni točka 6, ki po novem glasi:

»Omogočati mora sočasno dezinfekcijo vsaj ene (1) nočne posode in vsaj ene (1) urinske posode. Ustreza tudi dezinfektor, ki omogoča hkratno dezinfekcijo vsaj dveh (2) urinskih posod ali vsaj ene (1) nočne posode.«

- Spremeni točka 13, tako da se črta besedilo:

»Opremljen z avtomatsko dozirno napravo za detergent in mehčalno sredstvo.«

in se nadomesti z naslednjim besedilom:

»Opremljen z avtomatsko dozirno napravo.«

Spremembe oz. dopolnitve so v dokumentu Specifikacija zahtev naročnika – popravek označene z rdečo barvo.

Pri pripravi ponudbe je treba upoštevati zgoraj navedene popravke dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila.

Služba za nabavo opreme, materiala in storitev
Oddelek nabave opreme

Priloga:

- Specifikacija zahtev naročnika – popravek.

Objavljeno:

- na Portalu javnih naročil (<http://www.enarocanje.si>)
- na spletni strani naročnika (<https://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-naro%C4%8Dila/>)

C) Specifikacija zahtev naročnika – popravek

Predmet JN: **NABAVA IZLIVNIKOV IN TERMODEZINFЕКТОRJEV ZA NOČNE POSODE**

Zahtevane lastnosti izlivnika in termodezinfektorja za praznjenje, pranje in dezinfekcijo nočnih in urinskih posod:

I. Termodezinfektor za nočne posode – 50 kos

1. Termična dezinfekcija pri temperaturi vsaj 90 °C.
2. Gretje naj omogoča vgrajen električni generator pare.
3. Prostostoječ.
4. Ohišje termodezinfektorja mora biti izdelano iz nerjavečega jekla.
5. Vlaganje urinskih in nočnih posod mora biti s sprednje strani.
6. Omogočati mora sočasno dezinfekcijo vsaj ene (1) nočne posode in vsaj ene (1) urinske posode. **Ustreza tudi dezinfektor, ki omogoča hkratno dezinfekcijo vsaj dveh (2) urinskih posod ali vsaj ene (1) nočne posode.**
7. Vrata komore naj se odprejo z uporabo stopalke ali brezstično s pomočjo senzorja, zaprejo naj se prav tako s pomočjo senzorja ali z uporabo stopalke.
8. V spodnjem delu termodezinfektorja mora biti čez celotno širino termodezinfektorja prostor za čistilna sredstva. Prostor mora biti zaprt z vrati in visok vsaj 30 cm.
9. Opremljen z mikroprocesorjem, ki omogoča nadzor delovanja pranja.
10. Sistem pranja se naj samodejno zaustavi ob pojavi napake.
11. Komora naj bo opremljena z več fiksnimi in vsaj eno rotacijsko šobo za učinkovito čiščenje.
12. Zunanje dimenzije:
 - 12.1 širina: največ 650 mm
 - 12.2 globina: največ 650 mm
13. ~~Opremljen z avtomatsko dozirno napravo za detergent in mehčalno sredstvo.~~ **Opremljen z avtomatsko dozirno napravo.**
14. Dezinfekcija mora potekati po istih razvodnih poteh kot za pranje.
15. Avtomatsko praznjenje nočnih posod (posod za veliko potrebo).
16. Vključeni nastavki za nočno posodo in vsaj eno urinsko posodo.
17. Ohišje termodezinfektorja (spodnji rob ohišja) naj bo od tal odmaknjeno največ 2 cm.
18. Čas ciklusa naj bo največ 15 min.
19. Omogočati mora prikllop na obstoječe talne odtoke dimenzije 110 mm.
20. Aparat mora omogočati uporabo čistilnih sredstev, ki niso vezana na aparat.
(Ponudnik mora v ponudbi na lastnem obrazcu priložiti spisek vsaj treh (3) čistilnih sredstev različnih proizvajalcev, ki se lahko uporabljajo pri ponujeni opremi - iz spiska mora biti razviden naziv čistilnega sredstva in proizvajalec le-tega).
21. ES izjava o skladnosti v skladu z MDD93/42/EEC.

OPOMBA:

Naročnik bo za namestitev opreme na stenski površini po navodilu izbranega ponudnika zagotovil ustrezen el. priključek in priključek za toplo in hladno vodo.

Na talni površini pa imamo že pripravljene talne odtoke dimenzije 110 mm.

Povezave med opremo in priključki oz. odtokom izvede ponudnik, ki zagotovi tudi ves potreben material za priključitev opreme.

II. Nočne posode – 500 kos

- 22. Nočne posode za veliko potrebo morajo biti ergonomsko oblikovane za težje pomične osebe ter primerne za uporabo v termodezinfektorju.
- 23. Izdelane morajo biti iz trde plastike, ki mora biti barvno in termo odporna.
- 24. Imeti morajo držalo in pokrov.

III. Izlivnik – 50 kos

- 25. Prostostoječ izlivnik mora imeti rešetko za odlaganje in pokrov.
- 26. Izdelan mora biti iz nerjavečega jekla.
- 27. Opremljen mora biti z ventilom za izplakovanje.
- 28. Vodovodna armatura za toplo in hladno vodo, pritrjena na izlivnik (Ustreza tudi vodovodna armatura, ki se namesti na steno.)

Opomba: V vsakem primeru je vodovodna armatura tudi predmet ponudbe in dobave.

- 29. Zunanje dimenzije izlivnika:
 - 29.1 višina: največ 900mm
 - 29.2 širina: največ 600 mm
 - 29.3 globina: največ 650 mm

OPOMBA:

Priključek za armaturo zagotovi naročnik po navodilu izbranega ponudnika. Na talni površini ima naročnik že pripravljene talne odtoke dimenzije 110 mm.

Glede na to, da ima naročnik v določenih prostorih že pripravljen (obstoječ) samo en odtok dimenzije 110 mm, mora ponujena oprema (termodezinfektor in izlivnik) omogočati izvedbo odtočnih cevi iz obeh enot (torej iz termodezinfektorja in izlivnika) v en skupni odtok dimenzije 110 mm.